

年 月 日

（あて先）板橋区保健所長

管理者住所

氏 名

【担当者名： 担当者連絡先： 】

診療用放射性同位元素 備付届
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

下記のとおり診療用放射性同位元素を備えるので、医療法第15条第3項及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えるので、医療法第15条第3項及び医療法施行規則第28条の規定により届け出ます。

記

診療所	名 称		
	所 在 地	板橋区 電 話 番 号 () ファクシミリ番号 ()	
性陽診 同電療 位子用 元断放 素層射 に撮性 関影同 す診位 る療元 事放又 項射は	種 類		
	形 状		
	年 間 使 用 予 定 数 量 (ベクレル)		
	最 大 貯 蔵 予 定 数 量 (ベクレル)		
	3 月 間 最 大 使 用 予 定 数 量 (ベクレル)		
射師放 線、射 技歯線 師科診 の医療 氏師に 名又従 及は事 び診す 経療る 歴放医	氏 名	職 種	放射線診療に関する経歴
使 用 開 始 予 定 時 期		年 月 日	

(裏)

診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要

使用の場所		使用室・治療病室・その他（ ）				
管理室		有 ・ 無				
使用室等の区画	専用便所	有 ・ 無				
	処置室	有 ・ 無				
	準備室	有 ・ 無				
	測定室	有 ・ 無				
	患者待合室	有 ・ 無				
	治療病室	有 ・ 無				
建築物の構造		耐火構造・不燃材料・その他（ ）				
遮へい物を設ける場所 措置事項		天井	壁	床	出入口	開口部
遮へい物	構造					
	材料					
	厚さ					
場所のおそれのある構造措置	突起物、くぼみ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	目地、すきま	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	平滑施工をした表面仕上	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	耐腐食性・耐浸透性	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
フード、グローブボックス等		有（ ）・無				
排気施設への連結		有 ・ 無				
準備室に設ける洗浄設備		有 ・ 無				
排水施設への連結		有 ・ 無				
汚染検査に必要な測定器		有 ・ 無				
汚染除去用機材		有 ・ 無				
汚染除去洗浄設備		有 ・ 無				
更衣設備		有 ・ 無				
出入口の数		通常出入口 箇所 非常口 箇所				
標識		有 ・ 無				

診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要	貯蔵方法		貯蔵室 ・ 貯蔵箱
	貯蔵室又は貯蔵箱の場所		別添図面のとおり
	貯蔵施設の構造		鉄筋コンクリート ・ 金庫 その他 ()
	貯蔵施設の遮へい材料		
	入貯 口蔵 の室 構の 造出	出入口の数	通常出入口 場所 非常口 場所
		特定防火設備に戸 該当する防火戸	有 ・ 無
		閉鎖設備	かぎ・その他 ()
	貯蔵箱の閉鎖設備		かぎ・その他 ()
	貯蔵 容器 の構 造及 び汚 染防 止措 置	遮へい材料	
		空気汚染防止措置	有 ・ 無
		液体のこぼれ防止措置	有 ・ 無
		浸透防止措置	有 ・ 無
		受皿 ・ 吸収材	有 ・ 無
		貯蔵物の種類及び数量の表示	有 ・ 無
		標識	有 ・ 無
貯蔵室の標識		有 ・ 無	
運搬 容器 の放 射線 障 害防 止 に 関 する 構 造 設 備 の 概 要	気体汚染発生防止措置		有 ・ 無
	液体のこぼれ・浸透防止措置		有 ・ 無
	受皿 ・ 吸収材		有 ・ 無
	運搬物の種類及び数量の表示		有 ・ 無
	標識		有 ・ 無

廃棄施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要	排水設備	構造、容量及び基数	地上式(六面体等)・その他(貯留槽 $m^3 \times$ 基・希釈槽 $m^3 \times$ 基)	
		排水監視施設	有・無	
		漏水、浸透、腐食防止措置	有・無	
		排液採取設備	有・無	
		標識	有・無	
	排気設備	排風機の能力及び基数	$m^3/時 \times$ 基	
		排気監視設備	有・無	
		漏水、浸透、腐食防止措置	有・無	
		自動ダンパー装置等	有・無	
		標識	有・無	
	保管廃棄設備	外部と区画された構造	有・無	
		閉鎖設備	有・無	
		耐火構造の措置	有・無	
		空気汚染防止措置	有・無	
		漏水、浸透、腐食防止措置	有・無	
		標識	有・無	
	放射線診療用放射性同位元素使用室貯蔵施設及び廃棄施設の概要	放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示		有・無
		画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト/週以下となる措置		有・無
管理区域		管理区域を設ける場所	別添図面のとおり	
		境界における実効線量が1.3ミリシーベルト/3月以下となる措置	有・無	
		空気中の放射性同位元素の濃度が別表に定める濃度限度の1/10以下となる措置	有・無	
		放射性同位元素によって汚染される物の表面密度が別表に定める表面密度の1/10以下となる措置	有・無	
		立入制限措置	扉・その他()	
		標識	有・無	
敷地の境界等		敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト/3月以下となる措置	有・無	
		入院患者(診療により被ばくする放射線を除く)の実効線量が1.3ミリシーベルト/3月以下となる措置	有・無	
その他		取扱者被ばく防止用取扱器具	遮へい用器具、その他()	
		取扱者被ばく測定用器具		

注意事項

- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用施設(使用室、貯蔵施設、廃棄施設)の平面図及び側面図を添付すること。
- 使用室図、貯蔵施設図は各室ごとに線源の位置、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上材料を記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。
- 排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。
- 管理区域の標識等の位置を記入すること。
- 放射線診療に関する経歴欄には、医師又は歯科医師の免許登録番号及び年月日を記入すること。
- 所定の研修を終了した証明書